

张掖市生态环境局甘州分局

张掖市生态环境局甘州分局 关于甘肃黑河绿源肉业有限公司排污口在线 COD数据超标问题核查情况的报告

市生态环境局：

根据甘肃省生态环境厅《关于2022年8月份污染源自动监控数据涉嫌超标名单及2022年7月份处理处置情况的公告》(甘环公告发〔2022〕17号)的相关要求，我局高度重视，立即安排工作人员进行现场核查，现将甘肃黑河绿源肉业有限公司排污口在线COD超标问题核查情况报告如下。

一、基本情况

甘肃黑河绿源肉业有限公司位于张掖市甘州区滨河新区绿洲现代物流园区内，法人为魏学锋，联系电话：18993663388，经营范围主要包括活禽销售、种畜禽经营、家禽屠宰、生猪屠宰、牲畜屠宰等。该公司年20万头生猪定点屠宰项目已于2018年3月29日取得张掖市生态环境局批复(张环评发〔2018〕26号)，2022年3月15日由张掖市生态环境局发放了排污许可证，证书编号：91620702MA74CLL0XN001V，有效期自2022年4月26日至2027年4月

25日止。该公司突发环境事件应急预案已于2022年2月15日在我局备案，备案编号为：620702-2022-003L。

二、核查情况

三、针对“甘肃黑河绿源肉业有限公司8月11日排污口COD超标，超标浓度范围640.153-1812mg/L(执行标准限值 \leq 500mg/L)，最大超标倍数2.62倍”这一情况，我局于9月29日安排工作人员前往现场进行核查。该公司屠宰项目建有处理规模为350m³/d的污水处理站1座，用于处理屠宰污水及生活污水，经处理达标后排入市政管网。经调阅COD在线设施原始数据，8月11日，该公司环保监测设备COD数据5时显示为1812mg/L。经查为COD在线监测仪九通阀故障造成数据异常，该公司与北方中奥运维公司取得联系，运维公司于8月11日上午九点半进厂后对设备进行维修，COD数据已于当日11时恢复正常。

三、核查结果

8月11日甘肃黑河绿源肉业有限公司由于九通阀故障，导致部分时段在线监测COD浓度超标（640.153-1812mg/L），但实际废水COD浓度未超标。该公司对COD在线监测设备九通阀维修后，数据恢复正常。为确保废水稳定达标排放，我局要求该公司加强在线设备的管理、运营，立即整改。鉴于该公司废水经日处理350立方的污水处理站处理后进入城市管网，超标废水未影响张掖市城市污水处理厂水质，企业负责人态度端正，积极整改，按照《

《中华人民共和国行政处罚法》相关规定，情节轻微，积极改正，未造成污染后果的不予处罚。

下一步，我局将继续加大对污水处理企业的监管力度，督促指导辖区风险源企业和运营单位定期对污水处理设施进行维护、保养，确保污水处理设施稳定运行，在线监测设备正常传输。

- 附件：1.《甘肃黑河绿源肉业有限公司关于环保监测设备COD数据异常的报告》
- 2.《张掖市生态环境局甘州分局企业监管现场检查记录表》
- 3.《甘肃黑河绿源肉业维修服务单》



甘肃黑河绿源肉业有限公司文件

黑河绿源发〔2022〕28号

签发人：魏学锋

甘肃黑河绿源肉业有限公司 关于环保监测设备 COD 数据异常的报告

甘州区生态环境局：

2022年8月11日，我公司环保监测设备COD数据5-8时超标为1812。经检查，为九通阀故障造成环保监测设备COD数据异常，经与北方中奥运维公司联系后，故障处理完毕，数据于当日11时恢复正常。事后安排污水处理设施值班员周弼填报《甘肃省污染源在线自动监控设施异常情况申报表》并上报，但因职工周弼个人原因未及时上报。

一、原因分析

因九通阀堵塞造成在线数据超标，操作工未及时向当地环保部门上报。

二、整改措施

(一) 加强生产运维部员工思想教育，组织业务学习，把对环保工作的重要性的认识提升到一个新的高度。

(二) 细化生产运维部工作流程，责任到人，做到人人都管事，事事有人管，件件有人抓，坚决杜绝此类问题的再度发生。

(三) 扎实做好设备的管、用、养、修、改、购等工作，严格执行设备维修保养制度，坚持设备巡视检查制度，要确实保证设备的正常运行

(四) 建立健全设备操作规程，完善安全管理制度，实行公司领导层及部门现场检查制，把检查督促作为经常手段，把隐患整改落实到位。

特此报告。




甘肃黑河绿源肉业有限公司

2022年9月27日印发

共印2份

张掖市生态环境局甘州分局企业监管现场检查记录表

检查单位名称	甘肃罗河绿源肉业有限公司	被检查单位法定代表人(负责人)	陈宇雁 魏学锋	联系电话	18207366404
地址	甘肃省张掖市甘州区滨河新区绿洲现代物流园区			检查时间	9月29日
检查情况	<p>经现场检查,该企业正在生产,主要对该公司在2022年9月21日省厅反馈的《关于2022年8月份污染源自动监控数据涉嫌超标名单及2022年7月处理处置情况的公告》COD在线数据超标原因进行核查,根据设备原始记录显示:8月11日5时超标,北方中奥进行维修,数据在11时传输正常,主要造成超标的原因是:COD在线仪九通阀出现故障。</p> <p>由于该厂工作人员失误未及时向环保部门报备异常报告。</p>				
存在问题	无				
整改要求	要求你公司加强对在线设备的管理运营,坚决以后不再出现类似的问题,再有在线数据超标的情况,我局将移交执法队严肃处理。				
被检查单位负责人签字			2022年9月29日		
检查人员签字	代培善 褚璐				
备注	北方中奥运维人员周毅				